


Izvirna navodila za uporabo

Profesionalna zamrzovalna omara
Pred uporabo preberite navodila

stran 52

SL



GGPv 6540
GGPv 1440
BGPv 6520
BGPv 6570
BGPv 8420
BGPv 8470




7085 157-03

LIEBHERR

Vsebina


Razvrstitev opozoril.....	52
Varnostna navodila in opozorila	52
Simboli na aparatu	53
Namenska uporaba.....	53
Predvidljiva napačna uporaba.....	53
Izjava o skladnosti	53
Emisije hrupa aparata	53
Klimatski razred.....	53
Zbirka podatkov EPREL	53
Opis aparata.....	54
Postavitvev	54
Izravnavanje aparata.....	54
Električna priključitev	54
Mere naprave	55
Oprema	55
Upravljalni in krmilni elementi.....	56
Vklop/izklop aparata.....	56
Nastavitve temperature	56
Način prikaza temperature	56
SuperFrost.....	56
Alarm za odprta vrata	56
Nastavitve zakasnitve alarma za odprta vrata	56
Izklop funkcije zvočnega opozorila.....	57
Preverjanje alarma	57
Alarmna sporočila	57
Nastavitve parametrov alarma	57
Ponastavitve parametrov na tovarniške nastavitve	57
Shranjevanje	58
Odtajevanje	58
Nastavitve prikazovalnika med fazo odtajanja	58
Čiščenje	58
Motnja.....	59
Možna sporočila o napakah na prikazovalniku	59
Navodila za odstranjevanje	59
Prenehanje uporabe.....	59
Sprememba smeri odpiranja vrat GGPv 65.. / BGPv 84..	60

Razvrstitev opozoril

 NEVARNOST	označuje neposredno nevarnost, ki povzroči smrt ali težke telesne poškodbe, če je ne preprečimo.
 OPOZORILO	označuje nevarnost, ki lahko povzroči smrt in težke telesne poškodbe, če je ne preprečimo.
 PREVIDNO	označuje nevarnost, ki lahko povzroči lažje ali srednje težke telesne poškodbe, če je ne preprečimo.
POZOR	označuje nevarnost, ki lahko povzroči materialno škodo, če je ne preprečimo.
Opomba	označuje uporabna navodila in nasvete.

Varnostna navodila in opozorila

- **OPOZORILO:** ne prekrivajte prezračevalnih odprtin v ohišju aparata ali vgradnem ohišju. →



- **OPOZORILO:** za pospešitev odtajanja ne uporabljajte druge mehanske opreme ali sredstev, ki jih proizvajalec ne priporoča.

- **OPOZORILO:** pazite, da ne poškodujete hladilnega tokokroga.

- **OPOZORILO:** v hladilnem predalu ne uporabljajte električnih aparatov, ki ne ustrezajo izvedbi, priporočeni s strani proizvajalca.

- **OPOZORILO:** med priključevanjem ne poškodujte omrežnega kabla.

- **OPOZORILO:** električnih razdelilnikov/razdelilnih letev in drugih elektronskih aparatov (kot so halogenski transformatorji) ne smete namestiti in uporabljati na hrbtni strani aparatov.

- **OPOZORILO:** ta aparat pritrdite skladno z navodili za uporabo (navodili za vgradnjo), da izključite nevarnosti zaradi pomanjkljive stabilnosti.

- Otroci, starejši od 8 let, in osebe, ki imajo omejene fizične, zaznavne ali duševne sposobnosti ali omejene izkušnje in/ali znanje, lahko uporabljajo ta aparata, če jih kdo nadzoruje oziroma pouči o varni uporabi aparata in če razumejo nevarnosti, povezane z uporabo aparata. Otroci se ne smejo igrati z aparatom. Otrokom ni dovoljeno čistiti in vzdrževati aparata, razen če jih kdo nadzira. Otroci od 3 let naprej in mlajši od 8 let ne smejo polniti in prazniti hladilnega/zamrzovalnega predala.

- V aparatu ne shranjujte eksplozivnih snovi, na primer vsebnikov z aerosolom z vnetljivim potisnim plinom.


- Za preprečitev telesnih poškodb in materialne škode naj aparat postavljata dve osebi.

- Po odstranitvi embalaže preverite aparat glede morebitnih poškodb. V primeru poškodb se obrnite na dobavitelja. Aparata ne priključite na napajalno napetost.


- Preprečite daljši stik kože z mrzlimi površinami (npr. hlajeno/zamrznjeno vsebino). Po potrebi sprejmite zaščitne ukrepe (npr. rokavice).

Opis aparata

GGPv 1440



GGPv 6540, BGPv 6520, BGPv 6570, BGPv 8420, BGPv 8470



- (1) Upravljalni in krmilni elementi
- (2) Ključavnica
- (3) Tipska ploščica
- (4) Odlagalne rešetke
- (5) Oznaka za višino skladovnice
- (6) Nastavitvene noge
- (7) Odtočna odprtina za vodo za čiščenje

POZOR


Največja nosilnost posamezne odlagalne rešetke je 60 kg.

Odtočna odprtina za vodo za čiščenje

Na spodnji strani aparata se lahko namesti odtočna gibka cev s priključkom R 3/4.

Tako lahko odvajate vodo, ki se uporablja za čiščenje notranjosti.

Aparatu je priložen kolenski priključek.




Postavitev

- Aparata ne postavljajte na mesta, izpostavljena neposredni sončni svetlobi, zraven štedilnika, ogrevanja ali podobnih naprav.
- Na aparat ne postavljajte nobenih naprav, ki oddajajo toploto, npr. mikrovalovne pečice, opekača itn.
- Več kot je hladilnega sredstva v aparatu, tem večji mora biti prostor, v katerem aparat stoji. V premajhnih prostorih lahko ob puščanju nastane gorljiva mešanica plina in zraka. Prostor, v katerega boste postavili aparat, mora imeti za vsakih 8 g hladilnega sredstva prostornino vsaj 1 m³. Podatki o vsebovanem hladilnem sredstvu se nahajajo na nazivni ploščici v notranjosti aparata.
- Razdalja med zgornjim robom aparata in stropom mora biti najmanj 30 cm.

Izravnavanje aparata

Neravna tla izravnajte z nastavitvenimi nogicami.


Da nastavite višino, vrtite spodnji del posamezne nastavitvene nogice.



⚠ OPOZORILO

Višino nastavitvene nogice lahko nastavite od 120 mm do 170 mm.

Nastavitvene nogice ne nastavite više od 170 mm! Spodnji del nastavitvene nogice se lahko loči in aparat se prevrne.



To lahko povzroči hude poškodbe ali smrt.

POZOR

Naprava mora biti izravnana v vodoravni in navpični smeri. Če naprava stoji postrani, se lahko njeno ogrodje deformira, pri čemer se vrata ne bodo pravilno zapirala.

Električna priključitev

Aparat uporabljajte samo z izmeničnim tokom.


Dovoljena napetost in frekvenca sta odtisnjeni na tipski ploščici. Položaj tipske ploščice je naveden v poglavju **Opis aparata**.

Vtičnica mora biti ozemljena in električno zaščitena skladno s predpisi.

Sprožilni tok varovalke mora znašati med 10 A in 16 A.

Vtičnica ne sme biti za aparatom in mora biti preprosto dostopna.

Aparata ne priključujte prek podaljška ali razdelilnika.




Ne uporabljajte otočnih pretvornikov (za pretvorbo enosmernega v izmenični oz. trifazni tok) ali vtičev za varčevanje z energijo. Nevarnost poškodb elektronike!

Mere naprave

GGPv 6540


BGPv 6520, BGPv 6570

BGPv 8420, BGPv 8470



GGPv 1440

Oprema



Vstavljanje odlagalnih rešetk.


Varnostna ključavnica

Ključavnica je opremljena z varnostnim mehanizmom.

Zaklepanje aparata


- Ključ pritisnite v smeri 1.
- Ključ obrnite za 180°.

Za ponovno odklepanje aparata ravnajte v enakem vrstnem redu.




Oprema GGPv 1440


Priložena vodila postavite na navpično prečko na levi in desni.



Vodila v želeni višini najprej potisnite v zadnjo letev, nato pa jo zatakните spredaj.



Vmesne rešetke



Priložene vmesne rešetke namestite na vodila.


OPOZORILO

Največja nosilnost posamezne vmesne rešetke je 20 kg.


Oprema BGPv

Serija aparatov BGPv je opremljena z vodili v obliki črke L, ki so namenjeni za pekovske pladnje.

Odvisno od višine živil je mogoče vodila namestiti z razmakom 27,5 mm.



Vodila v želeni višini najprej potisnite v zadnjo letev, nato pa jo zatakните spredaj.



Upravljalni in krmilni elementi



- Tipka za ON/OFF (Vklop/izklop aparata)
- Tipki za izbiranje
- Tipka SuperFrost
- Tipka za izklop alarma
- Tipka za odtajanje (ročen vklop funkcije odtajanja)
- Tipka Vnos

Simboli na prikazovalniku

- Kompresor deluje
- LED lučka utripa - zakasnitev vklopa hladilnega agregata. Po izenačitvi tlaka v hladilnem tokokrogu se kompresor samodejno zažene.
- Ventilator deluje
- Aparat je v fazi odtajanja
- Poteka funkcija SuperFrost
- Funkcija alarma
- V aparatu je prisotna napaka. Obrnite se na servisno službo.

Vklop/izklop aparata

Priključite omrežni vtič. Prikaz = **OFF**.

Vklop aparata

pridržite 5 s. Prikaz = **ON**

Izklop aparata

pridržite 5 s. Prikaz = **OFF**

Nastavitev temperature

pridržite 1 s. Prikaz temperature utripa.

Zvišanje temperature (topleje) - Pritisnite

Znižanje temperature (hladnejše) - Pritisnite

ponovno pritisnite. Shrani se zelena nastavitev temperature.

Opomba

Na najtoplejšem območju notranjosti je lahko temperatura višja od nastavljene temperature.

Če so vrata dlje časa odprta, se lahko v predalih aparata temperatura močno zviša.

Način prikaza temperature

Za prikaz temperature lahko izberete stopinje Celzija ali stopinje Fahrenheita. Tovarniško so nastavljene stopinje Celzija.

pridržite 5 s. Prikaz =

Pritisnite . Prikaz =

S tipko ali izberite želeno nastavitev.

0 = °C 1 = °F

Pritisnite . Prikaz =

pridržite 5 s. Elektronika preklopi nazaj v običajni način delovanja.

SuperFrost

SuperFrost uporabljajte za hitro hlajenje velike količine živil. Ko je vklopljena funkcija SuperFrost, aparat deluje z največjo hladilno zmogljivostjo.

Vklop funkcije SuperFrost

pridržite 3 s. Prikaz =

Shranjevanje svežih živil.

Elektronika samodejno preklopi nazaj v običajni način delovanja.

Predčasen izklop funkcije SuperFrost

pridržite 3 s. Prikaz =

Alarm za odprta vrata

Ko se vrata odprejo, zasveti LED lučka in prikaz temperature prične utripati.

Če so vrata odprta več kot 240 sekund, začne LED lučka utripati in na prikazu izmenjaje utripata in prikaz temperature.

Oglasi se zvočno opozorilo (če funkcija zvočnega opozorila ni izklopljena).

Če morajo biti vrata za vnašanje živil odprta dlje časa, zvočno opozorilo utišajte s pritiskom tipke .

Nastavitev zakasnitve alarma za odprta vrata

Čas, ki poteče med odprtjem vrat in oglašanjem zvočnega opozorila, lahko spremenite.

pridržite 5 s. Prikaz =

Držite , dokler se na prikazovalniku ne prikaže .

Pritisnite . Prikaz = . Razpon nastavitve = 1-5 minut


S tipko ali izberite želeno nastavitev.

Pritisnite . Prikaz =

pridržite 5 s. Elektronika preklopi nazaj v običajni način delovanja.

Izklop funkcije zvočnega opozorila

Funkcijo zvočnega opozorila lahko po potrebi povsem izklopite.

 pridržite 5 s. Prikaz = r^15

Držite ∇ , dokler se na prikazovalniku ne prikaže $H4$.


Pritisnite . Prikaz = \square

S tipko ∇ ali \wedge izberite želeno nastavitev.

0 = funkcija zvočnega opozorila vklopljena

1 = funkcija zvočnega opozorila izklopljena

Pritisnite . Prikaz = $H4$

 pridržite 5 s. Elektronika preklopi nazaj v običajni način delovanja.


Preverjanje alarma

S tem preverjanjem se preizkusi delovanje notranje in morebiti zunaj priklopljene alarmne naprave.

Hlajenje aparata se med tem preverjanjem ne prekine.

 + ∇ pridržite 5 s.

- Prikaz se spremeni na temperaturno vrednost, ki je 0,2 °C pod nastavljeno zgornjo mejo alarma.
- Temperaturna vrednost se zdaj vsaki 2 sekundi poveča za 0,1 °C.
- Ko se doseže zgornja meja alarma, se na prikazu prikaže $H10$. Takrat se vklopi zunanja alarmna enota, priključena na brezpotencialnem izhodu za alarm.
- Temperaturna vrednost še naprej narašča do 0,2 °C nad zgornjo mejo alarma.
- Samodejno steče enak postopek za spodnjo mejo alarma. Na prikazu se prikaže $L10$.

Med preverjanjem sveti LED lučka .

Elektronika samodejno preklopi nazaj v običajni način delovanja.

Predčasna prekinitve preverjanja

 pridržite 5 s.

Opomba

Ko sta vrednosti zgornje in spodnje meje alarma (**AL** in **AH** v poglavju »**Nastavitev parametrov alarma**«) nastavljeni na **0**, se med tem preverjanjem na prikazovalniku prikažeta $H-$ in $L-$.

Opomba


V primeru preverjanja alarma za realno temperaturo poleg nastavljenih parametrov alarma AL, AH in Ad velja še dodaten čas zakasnitve (60 minut).

Po odprtju vrat ali odtajanju se zakasnitev alarma Ad podaljša za dodaten čas zakasnitve (60 minut). Tega dodatnega časa zakasnitve ni dovoljeno spreminjati.

Alarm za temperaturo po odprtju vrat ali odtajanju se tako sproži pozneje, kot je nastavljeno s parametrom Ad.

Alarmna sporočila

1. Na prikazovalniku utripa LED lučka

Če se na prikazovalniku prikaže , je nastala napaka pri delovanju aparata. Obrnite se na najbližjo servisno službo.

2. Na prikazovalniku utripa LED lučka - prikaz HI ali LO

V notranjosti je pretoplo (HI) ali premrzlo (LO).

Oglasi se zvočno opozorilo (če funkcija zvočnega opozorila ni izklopljena).


Nastavitev parametrov alarma

Meji alarma (razlika do nastavljene temperature) in zakasnitev alarma (časovna zakasnitev do sprožitve alarma) lahko nastavite.

Opomba


Po odprtju vrat ali odtajanju se zakasnitev alarma Ad podaljša za dodaten čas zakasnitve (60 minut). Tega dodatnega časa zakasnitve ni dovoljeno spreminjati.

Alarm za temperaturo po odprtju vrat ali odtajanju se tako sproži pozneje, kot je nastavljeno s parametrom Ad.

 pridržite 5 s. Prikaz = r^15

Držite \wedge , dokler se na prikazovalniku ne prikaže AL .

AL = spodnja meja alarma


Pritisnite . Prikaz = temperaturna razlika °C

S tipko ∇ ali \wedge izberite želeno nastavitev.

Nastavite zgolj pozitivne vrednosti!


Pritisnite . Prikaz = AL

Pritisnite \wedge . Prikaz = AH zgornja meja alarma

Pritisnite . Prikaz = temperaturna razlika °C

S tipko ∇ ali \wedge izberite želeno nastavitev.

Nastavite zgolj pozitivne vrednosti!

Pritisnite . Prikaz = AH

Pritisnite \wedge . Prikaz = Ad

Pritisnite . Prikaz = zakasnitev alarma v minutah

S tipko ∇ ali \wedge izberite želeno nastavitev.

Pritisnite . Prikaz = Ad

 pridržite 5 s.

Elektronika preklopi nazaj v običajni način delovanja.

Ponastavitev parametrov na tovarniške nastavitve

S to funkcijo lahko na tovarniške nastavitve ponastavite meji alarma in vrednosti, s katerimi je umerjeno zaznavalo.

Izvlomite omrežni vtič.

Držite  in priključite omrežni vtič.


Prikaz = $b01$

Pritisnite . Prikaz = $5td$

Elektronika preklopi nazaj v običajni način delovanja.

Shranjevanje

Odlagalne rešetke lahko namestite glede na višino steklenic oz. embalaže



(1) Zračniki ventilatorja v notranjosti ne smejo biti prekriti!

(2) Oznaka za višino skladovnice Na zgornjo rešetko naložite samo do oznake za višino skladovnice. To je pomembno za neovirano kroženje zraka in enakomerno porazdelitev temperature po vsej notranjosti.

POZOR

Surovo meso ali ribe hranite v zaprti embalaži na spodnjem odložišču hladilnega/zamrzovalnega predala, tako da se ne dotikajo drugih živil in da nanje ne more kapljati tekočina.

Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči, da se živila pokvarijo.

Odtajevanje

Hladilni del se odtaja samodejno.

Ročen vklop funkcije odtajanja

Če vrata dlje časa niso pravilno zaprta, lahko notranjost oziroma generator mraza močno zaledeni. V tem primeru je mogoče predčasno sprožiti funkcijo odtajanja.

* pridržite 3 s. Prikaz = + dFE

Elektronika samodejno preklopi nazaj v običajni način delovanja.

Prikaz = dFE

Nastavitev prikazovalnika med fazo odtajanja

pridržite 5 s. Prikaz = r¹5

Držite , dokler se na prikazovalniku ne prikaže dB.

Pritisnite . Prikaz = |

S tipko ali izberite želeno nastavitev.

0 = simbol + izmenjavanje prikaza dFE in trenutne temperature v notranjosti aparata.

1 = simbol + temperatura pred začetkom faze odtajanja (tovarniška nastavitev).

2 = simbol + dEF.

Pritisnite . Prikaz = dB

pridržite 5 s. Elektronika preklopi nazaj v običajni način delovanja.

Čiščenje

⚠ OPOZORILO

Pred čiščenjem aparat obvezno izključite iz omrežja. Izvlecite omrežni vtič ali izklopite varovalko!

Površine, ki lahko prihajajo v stik z živili in dostopnimi odvodnimi sistemi, je treba redno čistiti!

⚠ PREVIDNO

Nevarnost poškodb komponent aparata in nevarnost poškodb zaradi vroče pare.

Aparata ne čistite z napravo za čiščenje s paro!


- Notranjost, opremo in zunanje površine očistite z mlačno vodo in manjšo količino sredstva za pomivanje posode. Nikoli ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo pesek ali kisline oz. kemičnih topil.
- Da preprečite kratke stike, pri čiščenju aparata bodite pozorni, da voda za čiščenje ne pride v električne elemente.
- Vse dele dobro osušite s krpo.
- Za aparate iz legiranega jekla uporabite običajno čistilo za legirano jeklo.
- Tipske ploščice v notranjosti aparata ne poškodujte ali odstranite - pomembna je namreč za servisno službo.

Čiščenje filtra za prah

Filter za prah očistite najmanj dvakrat letno!

Izvlecite omrežni vtič!

1. Filter za prah potegnite navzgor.
2. Filter za prah očistite z vodo in sredstvom za pomivanje posode.
3. Filter za prah znova namestite.




Motnja

S preverjanjem možnih vzrokov lahko sami odpravljate naslednje motnje.

- **Aparat ne deluje.** Preverite, ali
 - je aparat vklopljen,
 - je omrežni vtič pravilno vključen v vtičnico,
 - ali je varovalka vtičnice v brezhibnem stanju.
- **Temperatura ni zadosti nizka.** Preverite
 - nastavitve skladno z razdelkom "Nastavitev temperature", ali so bile nastavljene pravilne vrednosti;
 - ali samostojni termometer prikazuje pravilno vrednost;
 - ali je odzračevanje pravilno;
 - Ali je mesto postavitve preblizu vira toplote?
- **Preverjanje alarma za temperaturo ne deluje tako, kot ste želeli.**
 - Glejte razdelek „Preverjanje alarma“ in „Nastavitev parametrov alarma“

Če niste ugotovili nobenega od zgoraj navedenih vzrokov in sami ne morete odpraviti motnje, se obrnite na najbližjo servisno službo. Sporočite ji oznako tipa ①, servisno ② in serijsko številko ③ na tipski ploščici.




Položaj tipske ploščice je naveden v poglavju **Opis aparata**.

Možna sporočila o napakah na prikazovalniku

Koda napake	Napaka	Ukrep
E0, E1, E2, rE	Okvarjeno zaznavalo temperature	Obrnite se na servisno službo
EE, EF	Napaka upravljalne elektronike	Obrnite se na servisno službo
dOr	Predolgo odprta vrata aparata	Vrata aparata zaprite
HI	Previsoka (pretopla) temperatura v aparatu	Preverite, ali so vrata slabo zaprta. Če se temperatura ne zniža, se obrnite na servisno službo.
LO	Prenizka (premrzla) temperatura v aparatu	Obrnite se na servisno službo

Navodila za odstranjevanje

Aparat vsebuje dragocene materiale, zato ga ne zavržite med splošne komunalne odpadke. Odslužene aparate strokovno in ustrezno zavržite skladno z veljavnimi lokalnimi predpisi in zakoni.



Med prevozom pazite, da ne poškodujete hladilnega tokokroga odsluženega aparata.

V hladilnem tokokrogu in v izolacijski peni aparata so vsebovani vnetljivi plini.

Informacije o ustreznem odstranjevanju posreduje mestna/občinska uprava ali podjetje, ki se ukvarja z odstranjevanjem.


Prenehanje uporabe

Če bo aparat dlje časa prazen, ga izklopite, odtajajte, očistite in osušite ter pustite vrata odprta, da preprečite pojav plesni.

Sprememba smeri odpiranja vrat GGPv 65.. / BGPv 84..

Smer odpiranja vrat lahko spremeni samo strokovno usposobljeno osebje.

Za premestitev sta potrebni dve osebi.



1. Vrata odprite za približno 90°.

Pomembno opozorilo

Vrata je treba pred demontažo spodnjega kotnika tečaja odpreti za 90°.


Tako je v vrata vgrajeni mehanizem za samodejno zapiranje v položaju, ki je potreben za vgradnjo.

⚠ OPOZORILO!

Če vrata demontirate zaprta in jih nato ponovno namestite, se bo mehanizem za samodejno zapiranje ob prvem odpiranju vrat uničil.


Pomembno opozorilo

Vrata mora zaradi velike teže držati ena oseba.




2. Scharnierwinkel abschrauben.
Tür nach unten abnehmen.

3. Ležajni obroč odstranite z zgornjega ležaja vrat.




4. Ležajne dele snemite s kotnika tečaja.




Opomba k 4. točki


Ležajni tulec z medeninasto podložko in ležajnim obročem lahko obtiči v ležaju vrat, ko izvlečete kotnik tečaja, in ga je treba v tem primeru od tam odstraniti.



5. Zgornji kotnik tečaja in pokrova vedno premestite na nasprotno stran.





6. Odvijte osnovni kotnik tečaja in ga ponovno privijte na nasprotni strani.



7. Zavrtite vrata za 180°.

8. Ležajni obroč in ležajni tulec vstavite v zgornji ležaj vrat.



9. Vrata, odprta pod kotom 90°, namestite na zgornji štirikoten zatič.

⚠ OPOZORILO!



Vrata obvezno montirajte odprta pod kotom 90°.

Če vrata namestite zaprta, se bo mehanizem za samodejno zapiranje ob prvem odpiranju in zapiranju vrat uničil.


Pomembno opozorilo

Vrata mora zaradi velike teže držati ena oseba.

10. Ležajne dele namestite na kotnik tečaja.




11. Kotnik tečaja z nameščenimi ležajnimi deli vstavite v spodnji ležaj vrat.



Opomba k 11. točki

Zatiči v ležajnem obroču morajo pri vstavitvi sestiti v utore ležaja vrat.

Če je potrebno, zgornji obroč rahlo zavrtite.



12. Privijte kotnik tečaja.



Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Germany
home.liebherr.com

